

## 学校給食モニタリング事業検体分析結果

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

検査時間：1,000秒

令和7年11月検査分

調理場名	給食提供日	検査日	測定結果（単位：ベクレル/kg）	
			セシウム134	セシウム137
小野町給食センター	10/27~31	11/4	不検出<0.691	不検出<0.871
〃	11/4~7	11/10	不検出<0.945	不検出<0.915
〃	11/10~14	11/17	不検出<0.900	不検出<0.772
〃	11/17~21	11/25	不検出<0.920	不検出<0.913

※検出限界値以下は、“不検出”と表示しています。

## 学校給食食材の放射能検査結果

検査機器：NAI (TI) シンチレーション検出器

検査時間：1,200秒胆石

令和7年11月検査実施分

測定日	使用日	検査品目	食材产地	測定結果（単位：ベクレル/kg）	
				セシウム134	セシウム137
11/4	11/4	キャベツ	茨城県	不検出<4.7	不検出<4.3
11/4	11/4	もやし	福島県	不検出<8.3	不検出<8.7
11/5	11/5	さつまいも	福島県	不検出<6.3	不検出<5.1
11/5	11/5	長ねぎ	福島県	不検出<7.6	不検出<6.1
11/6	11/6	もやし	福島県	不検出<7.1	不検出<5.8
11/7	11/7	長ねぎ	茨城県	不検出<6.6	不検出<5.6
11/10	11/10	キャベツ	茨城県	不検出<5.8	不検出<4.6
11/10	11/10	きゅうり	福島県	不検出<6.2	不検出<5.3
11/10	11/10	もやし	福島県	不検出<7.0	不検出<5.6
11/10	11/10	にら	福島県	不検出<6.6	不検出<5.6
11/11	11/11	キャベツ	茨城県	不検出<5.3	不検出<4.7

11/11	11/11	長ねぎ	栃木県	不検出<7.2	不検出<5.8
11/12	11/12	もやし	福島県	不検出<7.3	不検出<5.8
11/13	11/13	キャベツ	茨城県	不検出<5.7	不検出<5.0
11/13	11/13	もやし	福島県	不検出<7.1	不検出<5.5
11/14	11/14	豚もも肉	福島県	不検出<6.1	不検出<5.1
11/14	11/14	鶏もも肉(皮なし)	岩手県	不検出<6.0	不検出<5.2
11/14	11/14	長ねぎ	岩手県	不検出<7.1	不検出<5.8
11/17	11/17	もやし	福島県	不検出<7.2	不検出<5.9
11/17	11/17	長ねぎ	福島県	不検出<7.0	不検出<5.8
11/17	11/17	ごぼう	福島県	不検出<6.0	不検出<5.5
11/18	11/18	にんじん	茨城県	不検出<5.7	不検出<4.6
11/18	11/18	キャベツ	茨城県	不検出<6.0	不検出<4.9
11/19	11/19	にんじん	茨城県	不検出<5.7	不検出<4.7
11/19	11/19	きゅうり	福島県	不検出<6.1	不検出<5.3
11/19	11/19	白菜	茨城県	不検出<5.9	不検出<4.9
11/19	11/19	長ねぎ	岩手県	不検出<6.6	不検出<5.5
11/20	11/20	白菜	茨城県	不検出<6.3	不検出<5.1
11/21	11/21	鶏もも肉(皮なし)	岩手県	不検出<5.6	不検出<5.1
11/21	11/21	豚もも肉	福島県	不検出<6.1	不検出<5.5
11/21	11/21	長ねぎ	福島県	不検出<7.1	不検出<5.6
11/21	11/21	ごぼう	福島県	不検出<5.6	不検出<5.0
11/25	11/25	にら	福島県	不検出<7.0	不検出<5.7
11/25	11/25	もやし	福島県	不検出<6.9	不検出<5.9
11/26	11/26	白菜	福島県	不検出<6.0	不検出<5.3
11/26	11/26	もやし	福島県	不検出<6.9	不検出<5.5
11/26	11/26	大根	福島県	不検出<5.5	不検出<4.8
11/28	11/28	もやし	福島県	不検出<7.0	不検出<5.8

11/28	11/28	長ねぎ	福島県	不検出<7.0	不検出<5.9
11/28	11/28	ごぼう	福島県	不検出<5.7	不検出<4.9